

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

Código: **M1-02-F04** Fecha: 01-10-2023 Versión: 06 Página 1 de 1

ALCOHOL ACIDO

Ref. 12221

LOTE:	231228	Fecha de fabricación	Fecha de vencimiento
LOTE:		13-12-2023	12-2026
Fabricado /comercializado por:		Fecha de análisis	Presentación
QUÍMICOS	ALBOR S.A.S.	13-12-2023	250mL

MÉTODO	DESCRIPCIÒN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro traslúcido, sin precipitado	Cumple
	Olor	Característico a alcohol	Cumple
Volumétrico	Concentración (HCl N)	0.33 – 0.37	0.34
Desempeño	Tinción de Ziehl Neelsen	Control BAAR positivo: Bacilos de color rojo	Cumple
		Control BAAR negativo: Bacilos de color azul	
		Estructuras definidas	
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada decoloración de las estructuras	

BAAR: Bacilos Acido Alcohol Resistentes

Documento elaborado por: Gouzález 7.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

12-2023