

LÁMINAS CONTROL COLORACIÓN GRAM

Ref. 52011

LOTE:	231244	Fecha de fabricación 18-12-2023	Fecha de vencimiento 12-2024
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR S.A.S.		Fecha de análisis 18-12-2023	Presentación Caja x 5 láminas, caja x 10 Láminas

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Láminas portaobjeto con frotis Gram positivo y Gram negativo, fijados para colorear	Cumple
Láminas con frotis Control Coloración GRAM	Control Gram positivo Cepa ATC <i>Staphylococcus aureus</i>	Se observan: Cocos Gram positivos, microorganismos de estructura redonda color violeta	Cumple
	Control Gram negativo Cepa ATCC <i>Escherichia coli</i>	Se observan: Bacilos Gram negativos, microorganismos de estructura cilíndrica color rojo.	Cumple

Documento elaborado por: González F

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 12/2023