

**AGUA DESIONIZADA**

Ref. 14009

<b>LOTE:</b>	<b>C240107</b>	<b>Fecha de fabricación</b> 06-02-2024	<b>Fecha de vencimiento</b> N. A
<b>Fabricado /comercializado por:</b> <b>QUÍMICOS ALBOR SAS.</b>		<b>Fecha de análisis</b> 06-02-2024	<b>Presentación</b> 500mL ,1L, 4L, 10L, 20L

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
pH	5 - 7	6.12
Conductividad	Máx. 1 µ/cm a 25°C	0.39
Reducción Permanganato	Negativo	Cumple
Cloruros	Negativo	Cumple
Sulfatos	Negativo	Cumple
Calcio	Negativo	Cumple
Dureza	Negativo	Cumple

## Nota:

1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua desionizada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Documento elaborado por: González F.**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 02-2024