

# AGUA DESIONIZADA

Ref. 14009

|  |                |   |   |
|--|----------------|---|---|
| <b>LOTE:</b>   | <b>E240107</b> | <b>Fecha de fabricación</b><br>19-02-2024 | <b>Fecha de vencimiento</b><br>N. A             |
| <b>Fabricado /comercializado por:</b><br><b>QUÍMICOS ALBOR SAS</b> |                | <b>Fecha de análisis</b><br>19-02-2024    | <b>Presentación</b><br>20L, 10L, 4L, 1L y 500mL |

| PARAMETRO              | ESPECIFICACIONES   | RESULTADO |
|------------------------|--------------------|-----------|
| pH                     | 5 - 7              | 6.50      |
| Conductividad          | Máx. 1 µ/cm a 25°C | 0.37      |
| Reducción Permanganato | Negativo           | Cumple    |
| Cloruros               | Negativo           | Cumple    |
| Sulfatos               | Negativo           | Cumple    |
| Calcio                 | Negativo           | Cumple    |
| Dureza                 | Negativo           | Cumple    |

**Nota:**

1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua desionizada reenvasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

 Documento elaborado por: Posada F.
**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 02-2024