

PRODUCTO: **EOSINA 1%** REFERENCIA: **12513**
LOTE: **220361** FECHA FABRICACIÓN: **24/03/2022**
FECHA VENCIMIENTO: **03/2024** FECHA EMISIÓN: **25/03/2022**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido azul oscuro sin precipitado	Cumple
	λ máx. abs.	510 – 520 nm	516
Espectrofotometría			
	Abs λ máx. 1:200	1.070 – 1.602	1.590
Desempeño	Coloración Eosinófilos en moco nasal	Estructuras definidas Precipitados ausentes Buena y adecuada captación por el colorante	Cumple

.....
Análisis realizado por Analista de Calidad:

Diana Gelves M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Diana Delgado B.

Trazabilidad: se invalida certificado por error de transcripción en especificaciones del producto en el ítem físico Aspecto Líquido azul oscuro sin precipitado ya que el producto su especificación es: Líquido color naranja rojizo sin precipitado.

Validado por:

Rosmira Encarnación Albor Rodríguez

Director Técnico

QUÍMICOS ALBOR SAS

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)

PRODUCTO: **EOSINA 1%** REFERENCIA: **12513**
LOTE: **220361** FECHA FABRICACIÓN: **24/03/2022**
FECHA VENCIMIENTO: **03/2024** FECHA EMISIÓN: **25/03/2022**

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido color naranja rojizo sin precipitado	Cumple
	λ máx. abs.	510 – 520 nm	516
Espectrofotometría	Abs λ máx. 1:200	1.070 – 1.602	1.590
Desempeño	Coloración Eosinòfilos en moco nasal	Estructuras definidas Precipitados ausentes Buena y adecuada captación por el colorante	Cumple

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Diana Gelves M.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Diana Delgado B.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)