

| | | |
|--|----------------|---|
|  | FORMATO | Código: F04-PM1 Fecha: 01-02-2022 Versión: 04 Página 1 de 1 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISIS | | |

| | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| PRODUCTO: | FIELD A | REFERENCIA: | 12121 |
| FABRICADO POR: | QUIMICOS ALBOR SAS | | |
| LOTE: | 230839 | FECHA FABRICACIÓN: | 10/05/2023 |
| FECHA VENCIMIENTO: | 05/2025 | FECHA EMISIÓN: | 11/05/2023 |

| MÉTODO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | RESULTADO |
|--------------------|---|--|-----------|
| Físico | Aspecto | Líquido azul oscuro sin partículas en suspensión | Cumple |
| Espectrofotometría | λ máx. absorción | 652 – 662 nm | 659 |
| | Abs λ máx. dilución 1:50 1cm | 1.2218 – 2.00 | 1.479 |
| Desempeño | Coloración Field en Gota Gruesa | Estructuras definidas Precipitados ausentes Plaquetas esponjosas Glóbulos rojos deshemoglobinizados Núcleo glóbulos blancos azules | Cumple |

.....

Análisis realizado por Analista de Calidad:

Jonathan Fonnegra P.

Revisado y aprobado por Coordinadora Control de Calidad (e):

Angelica Rojas S.

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. (P02-PM1)