

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

Código: **M1-02-F04** Fecha: 01-10-2023 Versión: 03 Página 1 de 1

EDTA

Anticoagulante Ref. 11003

LOTE:	240139	Fecha de fabricación	Fecha de vencimiento
		23-01-24	01-2027
Fabricado /comercializado por:		Fecha de análisis	Presentación
QUÍMICOS ALBOR SAS		23-01-24	200mL, 500mL, 1000mL

MÉTODO	PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro, transparente, sin precipitado	Cumple
Volumétrico	Concentración (EDTA %)	4.9 – 5.3 %	5.1
Potenciometría	pH 20°C	4.2 – 4.4	4.33
Densimetría	Densidad 20°C g/cm ³	1.00 – 1.30	1.25

Documento elaborado por: Gouzalez 7.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.