

CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT

Código: **M1-02-F04** Fecha: 01-10-2023 Versión: 06 Página 1 de 1

ACEITE DE INMERSIÓN RA

Ref. 19401

LOTE:	TE: 240213	Fecha de fabricación	Fecha de vencimiento
LOTE.		08-02-24	02-2027
Fabricado /comercializado por:		Fecha de análisis	Presentación
QUÍMICOS ALBOR SAS		08-02-24	200mL

MÉTODO	DESCRIPCIÒN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido viscoso sin partículas en Cump	
Espectrofotometría*	Transmitancia (380 nm, 1cm)	≥ 65 %	Cumple
Viscosidad 20°C*	mPa.s	100 - 120	Cumple
Densimetría*	Densidad 20°C g/cm ³	1.0245 – 1.0265 Cumple	
Índice de refracción*		1.515- 1.517	Cumple
Fluorescencia*	ppb	≤ 1500	Cumple
		lmagen nítida	
Desempeño	Microscopía 100 X	Burbujas ausentes	Cumple
		Visión óptima	

^{*}Datos transcritos exactamente de los suministrados por nuestro proveedor

Documento elaborado por: Gouzalez 7.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

(+57) (601) 542 6312

02-2024