

LÁMINAS CONTROL COLORACIÓN GRAM

Ref. 52011

LOTE:	240224	Fecha de fabricación 14-02-24	Fecha de vencimiento 01-2025
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 14-02-24	Presentación 10 Láminas

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Láminas portaobjeto con frotis Gram positivo y Gram negativo, fijados para colorear	Cumple
Láminas con frotis Control Coloración GRAM	Control Gram positivo Cepa ATC <i>Staphylococcus aureus</i>	Se observan: Cocos Gram positivos, microorganismos de estructura redonda color violeta	Cumple
	Control Gram negativo Cepa ATCC <i>Escherichia coli</i>	Se observan: Bacilos Gram negativos, microorganismos de estructura cilíndrica color rojo.	Cumple

 Documento elaborado por: González F
CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 02-2024