

# URICONTROL

Ref. 20121

<b>LOTE:</b>	<b>240226</b>	<b>Fecha de fabricación</b> 14-02-24	<b>Fecha de vencimiento</b> 08-2024
<b>Fabricado /comercializado por:</b> <b>QUÍMICOS ALBOR SAS</b>		<b>Fecha de análisis</b> 14-02-24	<b>Presentación</b> 25mL

Organoléptico/Desempeño	URICONTROL I		URICONTROL II	
	ESPECIFICACIONES	RESULTADO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Aspecto Físico	Líquido ligeramente amarillo sin precipitado	Cumple	Líquido ligeramente amarillo sin precipitado	Cumple
pH	5.5 ± 6.5	6.0	5.5 ± 6.5	6.5
Densidad	1.005 a 1.015	1.015	1.010 – 1.020	1.020
Proteínas	1+ - 2+	2+	3+ - 5+	3+
Glucosa	1+ - 3+	1+	3+ - 4+	3+
Cetona	NA	NA	NA	NA
Nitritos	NA	NA	NA	NA
Hemoglobina	NA	NA	1+ 3+	3+

 Documento elaborado por: *Gonzalez F.*
**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 02-2024