

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
|  | CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT | Código: M1-02-F04 Fecha: 01-10-2023 Versión: 06 Página 1 de 1 |
| <h1>AGUA DESTILADA</h1> <p>Ref. 14010</p> | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---|--|
| LOTE: | A240304 0803 | Fecha de fabricación 08-03-2024 | Fecha de vencimiento N. A |
| Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS | | Fecha de análisis 08-03-2024 | Presentación 500mL ,1L, 4L, 10L, 20L |

| PARAMETRO | ESPECIFICACIONES | RESULTADO |
|------------------------|---------------------|-----------|
| pH | 5 - 7 | 5.80 |
| Conductividad | Máx. 1 µS/cm a 25°C | 0.56 |
| Reducción Permanganato | Negativo | Cumple |
| Cloruros | Negativo | Cumple |
| Sulfatos | Negativo | Cumple |
| Calcio | Negativo | Cumple |
| Dureza | Negativo | Cumple |

Nota:

1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua desionizada re-ensada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

Documento elaborado por: *Posada J.*

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 03-2024