

# URICONTROL

Ref. 20121

<b>LOTE:</b>	<b>240346</b>	<b>Fecha de fabricación</b> 22-03-2024	<b>Fecha de vencimiento</b> 09-2024
<b>Fabricado /comercializado por:</b> <b>QUÍMICOS ALBOR SAS</b>		<b>Fecha de análisis</b> 22-03-2024	<b>Presentación</b> 25mL

Organoléptico/Desempeño	URICONTROL I		URICONTROL II	
	ESPECIFICACIONES	RESULTADO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Aspecto Físico	Líquido ligeramente amarillo sin precipitado	Cumple	Líquido ligeramente amarillo sin precipitado	Cumple
pH	5.5 ± 6.5	6.0	5.5 ± 6.5	6.5
Densidad	1.005 a 1.015	1.010	1.010 – 1.020	1.020
Proteínas	1+ - 2+	2+ 1+	3+ - 5+	3+ 3+
Glucosa	1+ - 3+	1+ 1+	3+ - 4+	3+ 4+
Cetona	NA	NA	2+	NA
Nitritos	NA	NA	+	NA
Hemoglobina	NA	NA	1+ 3+	3+ 3+

 Analista: Posada J.
**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 03-2024