

## **CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT**

Código: **M1-02-F04** Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1

## **FUCSINA DE GRAM**

Ref. 12212

LOTE:	240432	Fecha de fabricación 16-04-2024	Fecha de vencimiento 04-2026
Fabricado /comercia	lizado por:	Fecha de análisis	Presentación
QUÍMIO	COS ALBOR SAS	16-04-2024	200mL, 500mL, 1000mL

MÉTODO	DESCRIPCIÒN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido color rojo brillante, sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría 1:1000 (1 cm)	λ de máx. absorción	540 – 550 nm 523nr	
	Absorbancia.	0.200 – 0.280	0.270
		Control Gram positivo: Cocos color morado	Cumple
D		Control Gram negativo: Bacilos color rosado	Cumple
Desempeño	Tinción de Gram	Estructuras claras y definidas. Sin precipitados.	Cumple
		Buena y adecuada captación del colorante. Campo limpio	Cumple

Analista: Reyes E.

## **CONCEPTO**:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Fecha 04-2024