

AGUA DESTILADA

Ref. 14010

| | | | |
|--|-------------------------|---|--|
| LOTE: | F240304 0804 | Fecha de fabricación 08-04-2024 | Fecha de vencimiento N. A |
| Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS | | Fecha de análisis 08-04-2024 | Presentación 500mL ,1L, 4L, 10L, 20L |

| PARAMETRO | ESPECIFICACIONES | RESULTADO |
|------------------------|---------------------|-----------|
| pH | 5 - 7 | 6.20 |
| Conductividad | Máx. 1 µS/cm a 25°C | 0.63 |
| Reducción Permanganato | Negativo | Cumple |
| Cloruros | Negativo | Cumple |
| Sulfatos | Negativo | Cumple |
| Calcio | Negativo | Cumple |
| Dureza | Negativo | Cumple |

Nota:

1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua desionizada re-envasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

 Documento elaborado por: *Posada J.*
CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 04-2024