

# LÁMINAS CONTROL COLORACIÓN GRAM

Ref. 52011

|  |               |   |  |
|--|---------------|---|--|
| <b>LOTE:</b>   | <b>240511</b> | <b>Fecha de fabricación</b><br>06-05-2024 | <b>Fecha de vencimiento</b><br>04-2025   |
| <b>Fabricado /comercializado por:</b><br><b>QUÍMICOS ALBOR SAS</b> |               | <b>Fecha de análisis</b><br>06-05-2024    | <b>Presentación</b><br>Caja x 10 Láminas |

| MÉTODO  | DESCRIPCIÓN   | ESPECIFICACIONES   | RESULTADO |
|---|---|--|-----------|
| <b>Organoléptico</b>                              | Aspecto físico  | Láminas portaobjeto con frotis Gram positivo y Gram negativo, fijados para colorear              | Cumple    |
| <b>Láminas con frotis Control Coloración GRAM</b> | Control Gram positivo<br>Cepa ATC<br><i>Staphylococcus aureus</i> | <b>Se observan:</b> Cocos Gram positivos, microorganismos de estructura redonda color violeta    | Cumple    |
|   | Control Gram negativo<br>Cepa ATCC<br><i>Escherichia coli</i>     | <b>Se observan:</b> Bacilos Gram negativos, microorganismos de estructura cilíndrica color rojo. | Cumple    |

 Analista: Posada F.
**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 05-2024