

## **CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT**

Código: **M1-02-F04** Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1

## **GIEMSA**

Ref. 12125

LOTE:	240521	Fecha de fabricación	Fecha de vencimiento
		09-05-2024	05-2026
Fabricado / comercializado por:		Fecha de análisis	Presentación
QUÍMICO	OS ALBOR SAS	09-05-2024	100mL, 200mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido azul oscuro, sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría 1:500 (1 cm)	λ máx. absorción (1)	520 – 532 nm	524nm
	Absorbancia (1)	0.58 - 0.73	0.644
	λ máx. absorción (2)	622 – 632 nm	624nm
	Absorbancia (2)	1.22 – 1.70	1.337
Desempeño	Tinción según Giemsa	Núcleo del parásito color rojo intenso	Cumple
		Citoplasma de color azul	
		Estructuras definidas	
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada captación del colorante	

Analista: Posada 7.

## CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es **APROBADO** por la dirección técnica.

Fecha 05-2024