

LÁMINAS CONTROL COLORACIÓN GRAM

Ref. 52011

LOTE:	240535	Fecha de fabricación 17-05-2024	Fecha de vencimiento 04-2025
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 17-05-2024	Presentación Caja x 5 Láminas y x 10 Láminas

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Láminas portaobjeto con frotis Gram positivo y Gram negativo, fijados para colorear	Cumple
Láminas con frotis Control Coloración GRAM	Control Gram positivo Cepa ATC <i>Staphylococcus aureus</i>	Se observan: Cocos Gram positivos, microorganismos de estructura redonda color violeta	Cumple
	Control Gram negativo Cepa ATCC <i>Escherichia coli</i>	Se observan: Bacilos Gram negativos, microorganismos de estructura cilíndrica color rojo.	Cumple

Analista: Posada F.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es **APROBADO** por la dirección técnica.



Fecha 05-2024