

# AGUA DESTILADA

Ref. 14010

|  |                         |   |  |
|--|-------------------------|---|--|
| <b>LOTE:</b>   | <b>B240445<br/>0205</b> | <b>Fecha de fabricación</b><br>02-05-2024 | <b>Fecha de vencimiento</b><br>N. A            |
| <b>Fabricado /comercializado por:</b><br><b>QUÍMICOS ALBOR SAS</b> |                         | <b>Fecha de análisis</b><br>02-05-2024    | <b>Presentación</b><br>500mL ,1L, 4L, 10L, 20L |

| PARAMETRO              | ESPECIFICACIONES    | RESULTADO |
|------------------------|---------------------|-----------|
| pH                     | 5 - 7               | 6.60      |
| Conductividad          | Máx. 1 µS/cm a 25°C | 0.64      |
| Reducción Permanganato | Negativo            | Cumple    |
| Cloruros               | Negativo            | Cumple    |
| Sulfatos               | Negativo            | Cumple    |
| Calcio                 | Negativo            | Cumple    |
| Dureza                 | Negativo            | Cumple    |

**Nota:**

1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua desionizada re-envasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

 Documento elaborado por: *Posada J.*
**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 05-2024