

# AGUA DESIONIZADA

Ref. 14009

<b>LOTE:</b>	<b>B240447 0205</b>	<b>Fecha de fabricación</b> 02-05-2024	<b>Fecha de vencimiento</b> N. A
<b>Fabricado /comercializado por:</b> <b>QUÍMICOS ALBOR SAS</b>		<b>Fecha de análisis</b> 02-05-2024	<b>Presentación</b> 20L, 10L, 4L, 1L y 500mL

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
pH	5 - 7	6.30
Conductividad	Máx. 1 µ/cm a 25°C	0.50
Reducción Permanganato	Negativo	Cumple
Cloruros	Negativo	Cumple
Sulfatos	Negativo	Cumple
Calcio	Negativo	Cumple
Dureza	Negativo	Cumple

**Nota:**

1. El agua desionizada corresponde a agua purificada grado USP.
2. El agua desionizada re-envasada no tiene garantía.
3. Los anteriores resultados corresponden a la fecha de producción.
4. Utilizar máximo después de 30 días de su producción y 8 días después de abierto. Este tiempo de uso se puede extender, siempre y cuando sea avalado por un nuevo control de calidad.
5. Uso exclusivo de laboratorio, en lavado de material y reconstitución de reactivos.

 Documento elaborado por: Posada F.
**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 05-2024