

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
KIT VERIFICACIÓN LAVADO DE MATERIAL Ref. 21006		

LOTE:	240512	Fecha de fabricación 06-05-2024	Fecha de vencimiento 04-2026
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 06-05-2024	Presentación 4 x Kit

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico Solución indicadora Azul de bromotimol	Líquido color verde aceituna, sin material particulado	Cumple
Desempeño	Viraje de color Control en pH ácido (< 6)	Solución se torna color amarillo	Cumple
	Control en pH neutro (=7)	No debe presentar cambio de color y se observa de color verde aceituna	Cumple
	Viraje de color Control en pH alcalino (> 7)	Solución se torna color azul	Cumple

Analista: Posada J.

.....

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 05-2024