

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
SAFRANINA DE GRAM Ref. 12215		

LOTE:	240526	Fecha de fabricación 15-05-2024	Fecha de vencimiento 05-2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 16-05-2024	Presentación 250mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido color rojo brillante, sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría 1:1000 (1 cm)	λ de máx. absorción	515 – 525 nm	519nm
	Absorbancia.	0.537 – 0.678	0.635
Desempeño	Tinción de Gram	Control Gram positivo: Cocos color morado	Cumple
		Control Gram negativo: Bacilos color rosado	Cumple
		Estructuras claras y definidas. Sin precipitados.	Cumple
		Buena y adecuada captación del colorante. Campo limpio	Cumple

Analista: Posada F.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es **APROBADO** por la dirección técnica.



Fecha 05-2024