

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
URICONTROL Ref. 20121		

LOTE:	240601	Fecha de fabricación 01-06-2024	Fecha de vencimiento 12-2024
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 01-06-2024	Presentación 25mL

Organoléptico/Desempeño	URICONTROL I		URICONTROL II	
PARÁMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Aspecto Físico	Líquido ligeramente amarillo sin precipitado	Cumple	Líquido ligeramente amarillo sin precipitado	Cumple
pH	5.5 ± 6.5	6.0	5.5 ± 6.5	6.5
Densidad	1.005 a 1.015	1.010	1.010 – 1.020	1.020
Proteínas	1+ - 2+	2+ 1+	3+ - 5+	3+ 3+
Glucosa	1+ - 3+	1+ 1+	3+ - 4+	3+ 4+
Cetona	NA	NA	2+	NA
Nitritos	NA	NA	+	NA
Hemoglobina	NA	NA	1+ 3+	3+ 3+

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 06-2024