

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
SAFRANINA DE GRAM Ref. 12215		

LOTE:	240603	Fecha de fabricación 06/06/2024	Fecha de vencimiento 06/2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR S.A.S.		Fecha de análisis 04-06-2024	Presentación X 500 mL, x1000 mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido color rojo brillante, sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría 1:1000 (1 cm)	λ de máx. absorción	515 – 525 nm	519 nm
	Absorbancia.	0.537 – 0.678	0.565
Desempeño	Tinción de Gram	Control Gram positivo: Cocos color morado	Cumple
		Control Gram negativo: Bacilos color rosado	Cumple
		Estructuras claras y definidas. Sin precipitados.	Cumple
		Buena y adecuada captación del colorante. Campo limpio	Cumple

Analista: Andila J.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha : 06-2024