

|                                                                                   |                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT</b> | Código: <b>M1-02-F04</b><br>Fecha: 01-02-2024<br>Versión: 07<br>Página 1 de 1 |
| <b>ACIDO CLORHIDRICO 6N</b><br>Ref. 16010                                         |                                   |                                                                               |

|                                                         |        |                                    |                                 |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| LOTE:                                                   | 240607 | Fecha de fabricación<br>07/06/2024 | Fecha de vencimiento<br>06/2027 |
| Fabricado /comercializado por:<br>QUÍMICOS ALBOR S.A.S. |        | Fecha de análisis<br>07/06/2024    | Presentación<br>X 1000 mL       |

| MÉTODO        | DESCRIPCIÓN            | ESPECIFICACIONES                                | RESULTADO |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Organoléptico | Aspecto físico         | Líquido incoloro, transparente, sin precipitado | Cumple    |
| Volumétrico   | Concentración (HCl, N) | 5.8 – 6.2                                       | 5.9       |

Analista: *Posada F*

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 06/2024