

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT		Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
	ACEITE DE INMERSIÓN RA Ref. 19401		

LOTE:	240612	Fecha de fabricación 11-06-2024	Fecha de vencimiento 06-2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 11-06-2024	Presentación 50 mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido viscoso sin partículas en suspensión	Cumple
Espectrofotometría*	Transmitancia (380 nm, 1cm)	≥ 65 %	≥ 65 %
Viscosidad 20°C*	mPa.s	100 - 120	112
Densimetría*	Densidad 20°C g/cm ³	1.0245 – 1.0265	1.0249
Índice de refracción*		1.515- 1.517	1.516
Fluorescencia*	ppb	≤ 1500	862
Desempeño	Microscopía 100 X	Imagen nítida	Cumple
		Burbujas ausentes	
		Visión óptima	

*Datos transcritos exactamente de los suministrados por nuestro proveedor.

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 06-2024