

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
FENOLFTALEINA Ref. 21001		

LOTE:	240615	Fecha de fabricación 12/06/2024	Fecha de vencimiento 06/2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR S.A.S.		Fecha de análisis 12/06/2024	Presentaciones X 100 mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido incoloro traslúcido, sin precipitado	Cumple
Desempeño Indicador de ph	Viraje en punto de equivalencia (pH 8.2- 9.8)	Transparente frente a soluciones pH menor a 8.2	Cumple
		Rosado pálido en punto de equivalencia (pH mayor a 8.2)	Cumple

Analista: Fernanda P

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 06/2024