

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
WRIGHT Ref. 12101		

LOTE:	240623	Fecha de fabricación 17/06/2024	Fecha de vencimiento 06/2026
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR S.A.S.		Fecha de análisis 17/06/2024	Presentación X1000 mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido azul oscuro, sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría 1:250 (1 cm)	λ de máx. absorción (1)	520 – 530 nm	530 nm
	Absorbancia. (1)	0.350 – 0.600	0.389
	λ de máx. absorción (2)	645 – 652 nm	651 nm
	Absorbancia. (2)	0.650 – 1.100	0.725
Desempeño	Tinción según WRIGHT En frotis de sangre periférica	Extendido y eritrocitos de color rosado	Cumple
		Gránulos eosinófilos de color naranja	
		Núcleos en diversos grados de lila o púrpura	
		Gránulos neutrófilos de color lila	
		Estructuras definidas	
		Buena y adecuada captación del colorante	

Analista: Andrés J.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 06/2024