Albor Químicos	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: **M1-02-F04** Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1

WRIGHT

Ref. 12101

LOTE:	**240625**	**Fecha de fabricación** 17/06/2024	**Fecha de vencimiento** 06/2026
Fabricado /comercializado por: **QUÍMICOS ALBOR S.A.S.**		**Fecha de análisis** 17/06/2024	**Presentación** X 1000 ml

MÉTODO	DESCRIPCIÒN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido azul oscuro, sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría 1:250 (1 cm)	λ de máx. absorción (1)	520 – 530 nm	530nm
	Absorbancia. (1)	0.350 – 0.600	0.376
	λ de máx. absorción (2)	645 – 652 nm	651nm
	Absorbancia. (2)	0.650 – 1.100	0.652
Desempeño	Tinción según WRIGHT En frotis de sangre periférica	Extendido y eritrocitos de color rosado	Cumple
		Gránulos eosinófilos de color naranja	
		Núcleos en diversos grados de lila o púrpura	
		Gránulos neutrófilos de color lila	
		Estructuras definidas	
		Buena y adecuada captación del colorante	

Analista: *Ardila V*

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Fecha 06/2024