

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
AZUL CRESIL BRILLANTE Ref. 12103		

LOTE:	240704	Fecha de fabricación 04-07-2024	Fecha de vencimiento 07-2026
Fabricado / comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 05-07-2024	Presentación 50mL, 100mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido azul oscuro, sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría 1:1000 (1 cm)	λ de máx. absorción	620 – 630 nm	626 nm
	Absorbancia	1.124– 1.824	1.341
Desempeño	Extendido para recuento de reticulocitos en lámina	Cromatina de reticulocitos de color azul oscuro	Cumple
		Citoplasma gris definido	
		Estructuras definidas	
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada captación del colorante	

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 07-2024