

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
EDTA Anticoagulante Ref. 11003		

LOTE:	240708	Fecha de fabricación 03-07-2024	Fecha de vencimiento 07-2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 03-07-2024	Presentación 500mL

MÉTODO	PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro, transparente, sin precipitado	Cumple
Volumétrico	Concentración (EDTA %)	4.9 – 5.3 %	5.03
Potenciometría	pH 20°C	4.2 – 4.4	4.3
Densimetría	Densidad 20°C g/cm ³	1.00 – 1.30	1.25

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 07-2024