

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
NATT & HERRICKS Ref. 80102		

LOTE:	240731	Fecha de fabricación 16-07-2024	Fecha de vencimiento 03-2025
Fabricado / comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 17-07-2024	Presentación 200 mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido color violeta traslúcido, sin precipitado.	Cumple
Espectrofotometría 1:25 (1 cm)	λ de máxima absorción	585 - 595 nm.	590
	Absorbancia máx.	0.505 – 0.850	0.601

Analista: Posada F.

.....

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 07-2024