

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
ACIDO CLORHIDRICO 1N Ref. 16011		

LOTE:	240735	Fecha de fabricación 19-07-2024	Fecha de vencimiento 07-2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 19-07-2024	Presentación 500mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro, transparente, sin precipitado	Cumple
Volumétrico	Concentración (HCl, N)	0.99 – 1.01	1.01

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 07-2024