

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
		KIT VERIFICACIÓN LAVADO DE MATERIAL Ref. 21006

LOTE:	240740	Fecha de fabricación 24-07-2024	Fecha de vencimiento 07-2026
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 24-07-2024	Presentación Kit

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico Solución indicadora Azul de bromotimol	Líquido color verde aceituna, sin material particulado	Cumple
Desempeño	Viraje de color Control en pH ácido (< 6)	Solución se torna color amarillo	Cumple
	Control en pH neutro (=7)	No debe presentar cambio de color y se observa de color verde aceituna	Cumple
	Viraje de color Control en pH alcalino (> 7)	Solución se torna color azul	Cumple

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.


 Fecha 07-2024