

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-10-2023 Versión: 06 Página 1 de 1
BIODESIN Ref. 30010		

LOTE:	240748	Fecha de fabricación 29-07-2024	Fecha de vencimiento 07-2025
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 29-07-2024	Presentación Galón

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido ligeramente amarillo traslucido, suave aroma a menta, sin precipitado	Cumple
Potenciometría	pH	6.0 – 6.6	6.3
Densimetría	Densidad	1.006-1.008	1.007
Concentración	Concentración de glutaraldehído	Mínimo 2%	2%
	Concentración de amonio cuaternario	Mínimo 0.4% (4000 ppm)	0.4%

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 07-2024