

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
ACIDO CLORHIDRICO 0,1N Ref. 16012		

LOTE:	240816	Fecha de fabricación 06-08-2024	Fecha de vencimiento 08-2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 06-08-2024	Presentación 500mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro, transparente, sin precipitado	Cumple
Volumétrico	Concentración (HCl, N)	0.098 – 1.002	0.099

Analista: Fernanda P.

.....

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 08-2024