

# FIELD SOLUCIÓN B

Ref. 12122

|                                                                    |               |                                           |                                        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>LOTE:</b>                                                       | <b>240806</b> | <b>Fecha de fabricación</b><br>01-08-2024 | <b>Fecha de vencimiento</b><br>08-2026 |
| <b>Fabricado /comercializado por:</b><br><b>QUÍMICOS ALBOR SAS</b> |               | <b>Fecha de análisis</b><br>01-08-2024    | <b>Presentaciones</b><br>100mL         |

| MÉTODO                                    | DESCRIPCIÓN                           | ESPECIFICACIONES                                   | RESULTADO |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Organoléptico</b>                      | Aspecto físico                        | Líquido color naranja, traslúcido, sin precipitado | Cumple    |
| <b>Espectrofotometría</b><br>1:500 (1 cm) | λ de máxima absorción                 | 510 – 520 nm                                       | 517nm     |
|                                           | Absorbancia                           | 0.9208 – 1.2218                                    | 1.052     |
| <b>Desempeño</b>                          | Coloración según Field<br>Gota gruesa | Estructuras definidas                              | Cumple    |
|                                           |                                       | Precipitados ausentes                              |           |
|                                           |                                       | Buena y adecuada captación del colorante           |           |

 Analista: Fernanda P.
**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 08-2024