

Albor Químicos	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
VIOLETA DE GRAM Ref. 12214		

LOTE:	240905	Fecha de fabricación 06-09-2024	Fecha de vencimiento 09-2026
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 10-09-2024	Presentación 200mL, 500mL, 1000mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido color violeta sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría 1:1000 (1 cm)	λ de máx. absorción	580 – 592 nm	590 nm
	Absorbancia.	0.978 – 1.347	1.109
Desempeño	Tinción de Gram	Control Gram positivo: Cocos color morado	Cumple
		Control Gram negativo: Bacilos color rosado	
		Estructuras claras y definidas. Sin precipitados.	
		Buena y adecuada captación del colorante. Campo limpio	

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 09-2024