

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
LIQUIDO ESPERMOGRAMA Ref. 14003		

LOTE:	240935	Fecha de fabricación 18-09-2024	Fecha de vencimiento 09-2026
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 18-09-2024	Presentación 200mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro, transparente, sin precipitado	Cumple
Potenciometría	pH 20°C	8.00 – 9.00	8.1
Densimetría	Densidad 20°C g/cm ³	1.020 – 1.035	1.0320

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 09-2024