

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
		LÁMINAS CONTROL COLORACIÓN GRAM Ref. 52011

LOTE:	240936	Fecha de fabricación 17-09-2024	Fecha de vencimiento 09-2025
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 17-09-2024	Presentación Caja x 5 Laminas y 10 Laminas

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Láminas portaobjeto con frotis Gram positivo y Gram negativo, fijados para colorear	Cumple
Láminas con frotis Control Coloración GRAM	Control Gram positivo Cepa ATC <i>Staphylococcus aureus</i>	Se observan: Cocos Gram positivos, microorganismos de estructura redonda color violeta	Cumple
	Control Gram negativo Cepa ATCC <i>Escherichia coli</i>	Se observan: Bacilos Gram negativos, microorganismos de estructura cilíndrica color rojo.	Cumple

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 09-2024