

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
AZUL METILENO ZN Ref. 12223		

LOTE:	241030	Fecha de fabricación 09-10-2024	Fecha de vencimiento 10-2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 09-10-2024	Presentaciones 250mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido azul oscuro sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría 1:1000 (1 cm)	λ de máxima absorbancia	658 – 668 nm	663 nm
	Absorbancia	0.7328 – 0.8097	0.739
Desempeño	Coloración Ziehl Neelsen	Control BAAR positivo: Bacilos de color rojo	Cumple
		Control BAAR negativo: Bacilos de color azul	
		Estructuras definidas	
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada captación del colorante	

BAAR: Bacilos Acido Alcohol Resistentes

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 10-2024