

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
AMONIO OXALATO 1% Ref. 14006		

LOTE:	241033	Fecha de fabricación 10-10-2024	Fecha de vencimiento 04-2026
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 10-10-2024	Presentación 100mL, 200mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro sin partículas en suspensión	Cumple
Densimetría	Densidad 20°C g/cm ³	1.001 – 1.003	1.001
Potenciometría	pH 20°C	5.62 – 6.75	6.5
Desempeño	Observación de plaquetas en sangre total anti coagulada	Plaquetas redondas, con gran índice de refracción	Cumple
		Campo limpio sin precipitados	

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 10-2024