

|                                                                                   |                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT</b> | Código: <b>M1-02-F04</b><br>Fecha: 01-02-2024<br>Versión: 07<br>Página 1 de 1 |
| <b>FIELD A</b><br>Ref. 12121                                                      |                                   |                                                                               |

|                                                          |        |                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|
| LOTE:                                                    | 241044 | Fecha de fabricación<br>15-10-2024 | Fecha de vencimiento<br>10-2026    |
| Fabricado / comercializado por:<br>QUÍMICOS ALBOR S.A.S. |        | Fecha de análisis<br>16-10-2024    | Presentación<br>50mL, 100mL, 200mL |

| MÉTODO                           | DESCRIPCIÓN                  | ESPECIFICACIONES                                 | RESULTADO |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Organoléptico                    | Aspecto físico               | Líquido azul oscuro sin partículas en suspensión | Cumple    |
| Espectrofotometría<br>1:50 (1cm) | λ de máx. absorción          | 652 – 662 nm                                     | 660       |
|                                  | Absorbancia                  | 1.2218 – 2.00                                    | 1.472     |
| Desempeño                        | Tinción Field en Gota Gruesa | Estructuras y definidas                          | Cumple    |
|                                  |                              | Precipitados ausentes                            |           |
|                                  |                              | Buena y adecuada captación del colorante         |           |

Analista: Fernanda P.

.....

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 fecha. 10-2024