

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
FUCSINA DE GRAM Ref. 12212		

LOTE:	241111	Fecha de fabricación 08-11-2024	Fecha de vencimiento 11-2026
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 08-11-2024	Presentación 50mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido color rojo brillante, sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría 1:1000 (1 cm)	λ de máx. absorción	540 – 550 nm	548 nm
	Absorbancia.	0.200 – 0.280	0.28
Desempeño	Tinción de Gram	Control Gram positivo: Cocos color morado	Cumple
		Control Gram negativo: Bacilos color rosado	
		Estructuras claras y definidas. Sin precipitados.	
		Buena y adecuada captación del colorante. Campo limpio	

Analista: Fernanda G.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 11-2024