

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
EDTA Anticoagulante Ref. 11003		

LOTE:	241131	Fecha de fabricación 15-11-2024	Fecha de vencimiento 11-2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 18-11-2024	Presentación 500mL

MÉTODO	PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro, transparente, sin precipitado	Cumple
Volumétrico	Concentración (EDTA %)	4.9 – 5.3 %	4.9
Potenciometría	pH 20°C	4.2 – 4.4	4.4
Densimetría	Densidad 20°C g/cm ³	1.00 – 1.30	1.02

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

— 

Fecha 11-2024