

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
SODIO CITRATO 3.8 % Ref. 11001		

LOTE:	250118	Fecha de fabricación 15-01-2025	Fecha de vencimiento 07-2026
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 15-01-2025	Presentaciones 100mL, 500mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro sin partículas en suspensión	Cumple
Potenciometría	pH 20°C	7.5 – 8.5	8.0
Densimetría	Densidad 20°C g/cm ³	1.015 – 1.025	1.020
Desempeño	Sodio Citrato 3.8% Vs sangre (proporción 1:9)	Capacidad anticoagulante	Cumple

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 01-2025