

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
		AQUA KIT Ref. 21011

LOTE:	250120	Fecha de fabricación 16-01-2025	Fecha de vencimiento 07-2025
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 16-01-2025	Presentaciones Kit x 6 unidades

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES		RESULTADO
Desempeño	DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE:	CONTROL POSITIVO	CONTROL NEGATIVO	Cumple
	Cloruros	Opalescente	Transparente	Cumple
	Sulfatos	Opalescente	Transparente	Cumple
	Calcio	Opalescente	Transparente	Cumple
	Dureza	Violeta	Azul	Cumple

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 01-2025