

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
NATT & HERRICKS Ref. 80102		

LOTE:	250137	Fecha de fabricación 22-01-2025	Fecha de vencimiento 09-2025
Fabricado / comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 22-01-2025	Presentación 200mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido color violeta traslúcido, sin precipitado.	Cumple
Espectrofotometría 1:25 (1 cm)	λ de máxima absorción	585 - 595 nm.	587 nm
	Absorbancia máx.	0.450 – 0.650	0.491

Analista: Fernanda P.

.....

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 01-2025

Documento creado febrero/2020

Fecha última actualización noviembre /2024