

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
REDUCTEST Ref. 20212		

LOTE:	250306	Fecha de fabricación 05-03-2025	Fecha de vencimiento 03-2026
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 05-03-2025	Presentación Caja x 10 Viales y 25 Viales

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Un vial por prueba	Polvo blanco granular fluido con ligera tonalidad azul.	Cumple
Peso	Peso promedio vial + contenido	Aprox. 2 gramos	Cumple
Desempeño Detección de azúcares reductores (Viraje de color en diferentes tonalidades de azul a pardo según la concentración del agente reductor)	Negativo	Azul	Cumple
	Positivo 0.25%	Verde oscuro	Cumple
	Positivo 0.75%	Verde-marrón	Cumple
	Positivo 1%	Pardo	Cumple

Analista: Fernanda P.

.....

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 03-2025