

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
VIOLETA DE GRAM Ref. 12214		

LOTE:	250319	Fecha de fabricación 13-03-2025	Fecha de vencimiento 03-2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 14-03-2025	Presentación 250 mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido color violeta sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría 1:1000 (1 cm)	λ de máx. absorción	580 – 592 nm	590 nm
	Absorbancia.	0.978 – 1.347	1.228
Desempeño	Tinción de Gram	Control Gram positivo: Cocos color morado	Cumple
		Control Gram negativo: Bacilos color rosado	
		Estructuras claras y definidas. Sin precipitados.	
		Buena y adecuada captación del colorante. Campo limpio	

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 03-2025