

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
		CITRATO DE SODIO 3.8 % Ref. 11001

LOTE:	250330	Fecha de fabricación 17-03-2025	Fecha de vencimiento 09-2026
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 17-03-2025	Presentaciones 500mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro sin partículas en suspensión	Cumple
Potenciometría	pH 20°C	7.5 – 8.5	8.2
Densimetría	Densidad 20°C g/cm ³	1.015 – 1.025	1.021
Desempeño	Sodio Citrato 3.8% Vs sangre (proporción 1:9)	Capacidad anticoagulante	Cumple

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 03-2025